



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Покрајинска влада
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 4881 787 Ф: +381 21 4881 736
info@kpuapv.org

БРОЈ: 136-031-11/2015-03-72

ДАТУМ: 20.04.2015. године

ЈНОПБР: 404-66/2014

На основу члана 153. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број: 124/2012), одлучујући о Захтев за заштиту права подносиоца захтева „МАХ ТЕАМ“ д.о.о., Београд, Војводе Добриња 20, поднетом у отвореном поступку јавне набавке добара - вишеенергетских линеарних акцелератора са пратећом опремом за радиолошку терапију, обликоване по партијама ЈН број: 404-66/2014, за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и Интернет страници Наручиоца дана 30.06.2014. године, овлашћено лице Управе за капитална улагања АП Војводине, донело је

РЕШЕЊЕ

УСВАЈА СЕ Захтев за заштиту права подносиоца Захтева „МАХ ТЕАМ“ д.о.о., Београд и делимично поништава отворени поступак јавне набавке добара – набавка вишеенергетских линеарних акцелератора са пратећом опремом за радиолошку терапију, обликоване по партијама ЈН број: 404-66/2014, за који је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 30.06.2014. године, Наручиоца Управе за капитална улагања АП Војводине, у делу сачињавања конкурсне документације.

У складу са разлозима за усвајање поднетог Захтева за заштиту права, наручилац ће извршити измене и допуне конкурсне документације са изменама број 17, које ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама, наручилац ће продужити рок за подношење понуда и објавити то обавештење на прописан начин.

о б р а з л о ж е њ е

У предметном поступку јавне набавке добара – набавка вишеенергетских линеарних акцелератора са пратећом опремом за радиолошку терапију, обликоване по партијама, ЈН број: 404-66/2014, за који је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 30.06.2014. године, Наручиоца Управе за капитална улагања АП Војводине, Нови Сад (у даљем тексту: Наручилац), заинтересовано лице „МАХ ТЕАМ“ д.о.о., Београд, Војводе Добриња 20, (у даљем тексту: подносилац захтева) предао је Наручиоцу дана 09.04.2015. године захтев за заштиту права, који је

82-9

заведен код Наручиоца под дел. бројем 136-1011, са допуном захтева примљеном и заведеном под дел. број 136-1029 дана 15.04.2015. године.

У поступку предходног испитивања, Наручилац је утврдио да је Захтев за заштиту права благовремен, поднет од стране активно легитимисаног лица да је потпун, те га је оценио као уредан.

После предходног испитивања Наручилац је приступио провери навода из Захтева којим се оспорава садржина конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке.

У поднетом Захтеву за заштиту права подносилац Захтева „MAX TEAM“ d.o.o., Београд, наводи да је Наручилац прекршио одредбе члана 10. став 1. ЗЈН, који прописује да је Наручилац дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију, као и одредбе члана 12. став 1. који прописује да је Наручилац дужан да у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим понуђачима. У прилог чињеници да је Наручилац повредио наведене одредбе Закона, тј. да је сачинио предметну конкурсну документацију супротно одредбама ЗЈН, наводи следеће:

- да за партију 1, на страници 51 од 177, ставка 1, подставка 1, подставка 4 и на страници 53, ставка 1, подставка 1.4, став 1 наручилац захтева да апарат мора да има две фотонске енергије од 6 и 10 MV са филтером. ставка 1, подставка опште, тачка 1, наводи:

1. Апарат мора да задовољи све захтеване техничке спецификације са филтером на 6 и 10 MV.

тачка 4, наводи: 4. Апарат мора да има две фотонске енергије 6 MV и 10 MV. ставка 1, подставка 1.4, наводи:

- Фотонске енергије са филтером на 6 MV и 10 MV, и пет електронских енергија у опсегу 6-20 MeV, интензитет дозе ≥ 500 MU/мин.

Оваквим дефинисањем техничке спецификације Elekta Limited, као званични и реномирани произвођач и испоручилац медицинске опреме, је у односу на другог једино могућег понуђача стављена у неравноправан положај, обзиром Elekta Limited, на адреси Linac House, Fleming Way, Crawley, West Sussex, RH10 9RR, UK и фабриком Linac House, Fleming Way, Crawley, West Sussex, RH10 9RR, UK, у свом текућем производном програму располаже са:

А) линеарни акцелератор који је произведен као линеарни акцелератор са три фотонске енергије са "fleetness" филтером и две фотонске енергије без "fleetness" филтера (FFF) модел:

1. Versa HD

Б) линеарни акцелератор који је произведен као линеарни акцелератор са три фотонске енергије са "fleetness" филтером и једном фотонском енергијом без "fleetness" филтера (FFF) модел:

1. Versa HD Select

Ц) линеарни акцелератори који су произведени као линеарни акцелератори са три фотонске енергије са "fleetness" филтером модел:

1. Precise Treatment System

2. Elekta Synergy Platform

3. Elekta Infinity

4. Elekta Synergy

5. Elekta Synergy S

6. Elekta Axesse

Д) линеарни акцелератор који је произведен као линеарни акцелератор са једном фотонском енергијом са "fleetness" филтером модел:

7. Elekta Compact

- да је из напред наведеног очигледно је да Elekta Limited, у свом текућем производном програму, не производи линеарне акцелераторе са две фотонске енергије са "fleetness" филтером, односно производи само линеарне акцелераторе са једном фотонском енергијом са "fleetness" филтером и линеарне акцелераторе са три фотонске енергије са "fleetness" филтером. Овај технички параметер, који се односи на захтев за испоруку акцелератора са две фотонске енергије са филтером са 6MV И 10MV, нас доводи у потпуно неравноправну позицију, у односу на конкуренцију, јер пружа могућност конкуренту да понуди и задовољи тендерску спецификацију са уређајем произведеним са две фотонске енергије са филтером старе генерације иако у производном програму располаже уређајем нове савремене генерације који је произведен са минимум три фотонске енергије са филтером. Компанија Електа у свом производном програму располаже само са уређјима савремене генерације и није у могућности да равноправно конкурише, јер је цена уређаја нове генерације знатно виша.

- да би остављањем простора у овој капиталној јавној набавци једном понуђачу, од два једино могућа понуђача, да у односу на објављену тендерску документацију са овако дефинисаним параметром за енергије, може да достави формално исправну понуду са уређајима старе аналогне технологије, довело би до неравноправности понуђача јер би један понуђач морао да нуди уређаје савремене технологије а други старе технологије, и тиме би се нарушио основни принцип равноправности и конкуренције између понуђача, што би имало за последицу већу цену набавке добара и штету за буџет. Прихватањем предложене формулације, наручилац би оба понуђача довео у равноправан положај у складу са основним начелима Закона о јавним набавкама "једнакости понуђача" и "обезбеђење конкуренције", јер би оба понуђача морала да нуде међусобно упоредиве савремене уређаје исте технолошке генерације које произвођачи имају у свом производном програму, а крајњи корисници би се обезбедили да имају на располагању тренутно у свету најсавременију врхунску радиотерапијску опрему, са нижом ценом због обезбеђене конкуренције.

Као доказ за све напред наведено подносилац Захтева је уз исти доставио уредну Изјаву произвођача Elekta Limited, а дана 16.04.2015. године и Изјаву произвођача за тендер заведену код Наручиоца под дел. бројем 136-1040/2015.

Подносилац захтева је у истом предложио измену техничке спецификације ставка 1, подставка опште, тачка 1, Апарат мора да задовољи све захтеване техничке спецификације са филтером и да буде испоручен са минимум две фотонске енергије са филтером и то са 6 и 10 MV, и да је произведен са минимум три фотонске енергије са филтером. Наведени предлог се односи на све ставке тендерске документације где се помињу фотонске енергије са филтером.

Подносилац захтева истим није захтевао накнаду трошкова на име уплаћене таксе у износу од 80.000,00 динара.

У циљу успешног завршетка предметне јавне набавке, као и доношења исправне одлуке о поднетом захтеву уз поштовање свих Законом прописаних начела, а нарочито одредбе члана 10. став 1. ЗЈН, која прописује да је Наручилац дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију, као и одредбе члана 12. став 1. који прописује да је Наручилац дужан да у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим понуђачима, Комисија за јавну набавку, односно овлашћено лице Наручиоца се путем мејла обратило председнику компаније Електа,

Никласу Савабдеру, са молбом да нам у најкраћем року достави комплетну прецизну информацију о производној понуди компаније Електа. Дана 17.04.2015. године од стране компаније Електа добили смо одговор којим иста потврђује да у свом производном програму нема линеарне акцелераторе произведене са две фотонске енергије, већ да искључиво производи линеарне акцелераторе са једном и три фотонске енергије, а да постоји могућност испоруке акцелератора са две енергије.

Ценећи напред наведено одлучено је као у диспозитиву овог Решења, те ће у том смислу Наручилац на Законом предвиђен начин, у том делу, извршити измене Конкурсне документације и тиме омогућити равноправно учешће у предметној јавној набавци оба потенцијална понуђача.



ДИРЕКТОР УПРАВЕ

Небојша Маленковић

Handwritten signature