



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина

**УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 4881 787 Ф: +381 21 4881 736
info@fkuparv.org

БРОЈ: 404-66/2015

ДАТУМ: 22.04.2015. године

Р-34

Управа за капитална улагања АП Војводине спроводи отворени поступак јавне набавке добара – вишеенергетски линеарни акцелераториса пратећом опремом за радиолошку терапију, број јавне набавке 404-66/2014, а за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 30.06.2014. године.

На основу члана 54., а ускладу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12), Комисија за јавну набавку број: 404-66/2014, сачињава

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 17.

**за јавну набавку добара – вишеенергетски
линеарни акцелераториса пратећом опремом за радиолошку терапију, број јавне
набавке 404-66/2014,**

према следећем:

Број 1

На насловној страни Конкурсне документације (Страна 1 од 174) **текст:**

„Датум отварања понуда: 17.04.2015. године“

мења се и гласи:

„Датум отварања понуда: 06.05.2015. године“

Број 2

У делу Конкурсне документације **Документ 4 – ЈНОПБР 404-66/2014 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА** у табеларном делу **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ – редни број 2., на страни 14 од 174, текст:**

„Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, тј. не старији од 17.02.2015. године.“

мења се и гласи:

„Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, тј. не старији од 06.03.2015. године.“

Број 3

У делу Конкурсне документације **Документ 4 – ЈНОПБР 404-66/2014 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА** у табеларном делу **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ – редни број 4., на страни 16 од 174, текст:**

„Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, тј. нестарији од 17.02.2015. године.“

мења се и гласи:

„Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, тј. нестарији од 06.03.2015. године.“

Број 4

У делу Конкурсне документације Документ 5 – ЈНОПБР 404-66/2014 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 2) дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити њихов саставни део, на страни 23 од 174, текст:

„Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца, најкасније 17.04.2015. године, до 10,00 часова.“

мења се и гласи:

„Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца, најкасније 06.05.2015. године, до 10,00 часова.“

Број 5

У делу Конкурсне документације Документ 5 – ЈНОПБР 404-66/2014 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 2) дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити њихов саставни део, на страни 24 од 174, текст:

„Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране Наручиоца до назначеног датума и часа, тј. до 10,00 часова, 17.04.2015. године. Наручилац ће, по окончању поступка јавног отварања понуда, вратити Понуђачима свенеблаговремено поднетe понуде, са ознаком да су поднетe неблаговремено.“

мења се и гласи:

„Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране Наручиоца до назначеног датума и часа, тј. до 10,00 часова, 06.05.2015. године. Наручилац ће, по окончању поступка јавног отварања понуда, вратити Понуђачима свенеблаговремено поднетe понуде, са ознаком да су поднетe неблаговремено.“

Број 6

У делу Конкурсне документације Документ 3 – ЈНОПБР 404-66/2014 ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ., на страни 11 од 174, додаје се нова тачка број 10) која гласи:

„10) Посебан захтев Наручиоца за Партију број 1:

У гарантном периоду понуђач је дужан да о сопственом трошку, по захтеву Наручиоца, а на предлог Корисника опреме (ИОВ и ИПБВ), активира и трећу фотонску енергију и да изврши сва дозиметријска мерења, моделовање у систему за планирање и верификацију система за планирање, како би систем функционисао. Истовремено све технике уведене на две фотонске енергије морају бити активне и на трећој фотонској енергији.

Пројектна документација за заштиту од јонизујућих зрачења мора бити усклађена са максималном произведеном фотонском енергијом коју понуђач нуди.“

Број 7

У делу Конкурсне документације **6.1.2. ПОДАЦИ О ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ПОНУЂЕНОГ ДОБРА - Партија 1 - вишеенергетски линеарни акцелератори са верификационим информационим системом (RVсистем) и системом за планирање терапије, ставка 1, подставка Опште, тачка 1., на страни 49 од 174, текст:**

„Апарат мора да задовољи све захтеване техничке спецификације са филтром на 6 и 10 MV.“

мења се и гласи:

„Апарат мора да је произведен са минимум три фотонске енергије са филтром, а мора да задовољи све захтеване техничке спецификације са филтром на 6 и 10 MV.“

Број 8

У делу Конкурсне документације **6.1.2. ПОДАЦИ О ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ПОНУЂЕНОГ ДОБРА - Партија 1 - вишеенергетски линеарни акцелератори са верификационим информационим системом (RVсистем) и системом за планирање терапије, ставка 1, подставка Опште, тачка 4., на страни 49 од 174, брише се текст:**

„Апарат мора да има две фотонске енергије 6 MV и 10 MV.“

Број 9

У делу Конкурсне документације **6.1.2. ПОДАЦИ О ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ПОНУЂЕНОГ ДОБРА - Партија 1 - вишеенергетски линеарни акцелератори са верификационим информационим системом (RVсистем) и системом за планирање терапије, ставка 1, подставка Опште, на страни 49 од 174 тачке 5., 6., 7., 8., 9. и 10. постају тачке 4., 5., 6., 7., 8. и 9.**

Број 10

У делу Конкурсне документације **6.1.4. МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ВИШЕЕНЕРГЕТСКИ ЛИНЕАРНИ АКЦЕЛЕРАТОРИ СА ВЕРИФИКАЦИОНИМ ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМОМ (RV СИСТЕМ) И СИСТЕМОМ ЗА ПЛАНИРАЊЕ ТЕРАПИЈЕ - ПАРТИЈА 1, на страни 79 од 174, додаје се нови члан 18. који гласи:**

„Добављач је дужан да за време трајања укупног гарантног рока од шест година, по позиву Наручиоца (на предлог Корисника опреме (ИОВ и ИПБВ)) о сопственом трошку активира и трећу фотонску енергију, изврши сва дозиметријска мерења, моделовање у систему за планирање и верификацију система за планирање, како би систем

функционисао, с тим да све технике уведене на две фотонске енергије морају бити активне и на трећој фотонској енергији.

Пројектна документација за заштиту од јонизујућих зрачења мора бити усклађена са максималном произведеном фотонском енергијом коју понуђач нуди.“

С поштовањем,

**УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 404-66/2014**